

Procedura ristretta per l'affidamento dei lavori per la costruzione del Centro per le Biotecnologie e la Ricerca Biomedica della Fondazione Ri.MED a Carini (PA) - CODICE CUP H22E06000040001 - NUMERO GARA 6634629 - CODICE CIG 6945121F24

QUESITO N.17 DEL 06.03.2017

Preso atto del contenuto del bando e degli atti allo stesso allegati, occorre una importante delucidazione sull'oggetto di gara.

In particolare, ben compreso che, nel complesso, la prestazione principale e preponderante qualifica l'appalto come di lavori, non è invece chiaro se lo stesso, oltre alle attrezzature da laboratorio, comprenderà anche apparecchiature elettromedicali, ad esempio di diagnostica per immagini, di sale operatorie (ventilatori/monitor), attrezzature per la cardiologia diagnostica e software di gestione clinica.

Si segnale che la risposta a tale quesito è fondamentale per la consapevole partecipazione dell'operatore interessato, posto che le informazioni ivi richieste sono necessarie, da un lato, per la scelta sulle modalità di accesso alla gara (ovvero se come singolo, consorziato o associato), dall'altro, a monte, per la valutazione stessa sulla possibilità o meno di presentare offerta.

È evidente, dunque, che si tratti di informazioni per le quali non è possibile attendere la lettura del Capitolato nella fase successiva degli inviti, essendo le stesse sin da ora indispensabili per il corretto e consapevole accesso alle presente fase di pre-qualificazione.

RISPOSTA

Le dotazioni tecnologiche - la cui fornitura e posa in opera è compendiate nell'oggetto dell'appalto, in quanto la loro installazione deve avvenire contestualmente alla costruzione degli edifici - hanno ad oggetto le attrezzature fisse di laboratorio ed il relativo elenco sintetico è riportato nel capitolo 12 della "Relazione Generale" (allegato H del disciplinare di gara), scaricabile dal sito della Fondazione www.fondazionerimed.eu, nell'apposita sezione "Bandi di Gara" relativa alla procedura.

Dalla lettura del predetto elenco si evince, chiaramente, quali sono le dotazioni comprese nella presente procedura, e che tra queste NON vi sono apparecchiature e attrezzature elettromedicali, riguardanti, ad esempio, la diagnostica per immagini, le sale operatorie (ventilatori/monitor), la cardiologia diagnostica e i software di gestione clinica.

Palermo, 7 marzo 2017

F.to Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Massimo Inzerillo