

Procedura aperta per la fornitura “chiavi in mano” di una Risonanza Magnetica a 3 Tesla comprensiva di progettazione ed opere edili ed impiantistiche da effettuare presso l’Istituto Mediterraneo per i Trapianti e Terapie ad Alta Specializzazione di Palermo (ISMETT) nell’ambito del progetto Istituto di Sperimentazione Preclinica e Molecular Imaging (ISPeMI) - PONa3_00403 Ricerca e competitività 2007-2013 - Azione I “Rafforzamento Strutturale” - CUP B71D11000200007 – NUMERO GARA 5260560 - CIG 538781880F

QUESITO N.5 DEL 17.01.2014

Con riferimento alla procedura in oggetto, al fine della redazione del progetto di gara si chiede di conoscere:

- Caratteristiche delle strutture esistenti relativamente all'area di intervento estesa idoneamente all'area circostante;
- Planimetrie dei livelli -1 e +1 con indicate le destinazioni operative dei locali esistenti;
- Planimetria esterna con rappresentata la viabilità nell'area perimetrale all'edificio;
- Planimetria del piano tecnico di copertura con ubicazione delle apparecchiature interessate ai lavori (gruppo di n. 4 refrigeratori - gruppo di n.2 refrigeratori posizione collettori da collegare);
- Sezione verticale relativa ai piani interessati con riportate le quote altimetriche estesa sino all'estradosso della platea di fondazione con l'esploso dei vari strati costituenti l'impianto costruttivo;
- Particolari dei sistemi di aggancio dei prefabbricati e degli infissi costituenti il paramento di facciata nella porzione della stessa interessata all'introduzione del magnete;
- Particolare del pacchetto costituente l'involucro esterno dell'edificio nella parte prospettante il locale tecnico;
- Schema unifilare del quadro elettrico QIA ubicato nei locali tecnici al piano interrato;
- Potenza termica disponibile per la fornitura di acqua calda in corrispondenza della sottocentrale ubicata al piano interrato;
- Potenza elettrica residua disponibile al quadro elettrico di zona in corrispondenza dell'area di intervento (piano terra, zona RMN);
- Si chiede inoltre di conoscere la qualifica del tecnico che dovrà redigere le relazioni specialistiche di cui al punto m) del capitolo VI.2.b relative agli aspetti inerenti i campi elettromagnetici e di radiofrequenza.

Con riferimento all'art. 12 del Disciplinare di gara “Diritto di sostituzione delle apparecchiature ed aggiornamenti” si chiede inoltre di confermare che gli unici aggiornamenti richiesti per tutta la vita utile dell'apparecchiatura, senza aggravio di spesa, sono da intendersi relativi a tutti gli aggiornamenti sia hardware che software inerenti la sicurezza nell'utilizzo delle apparecchiature oggetto della presente fornitura, che nel periodo contrattuale l'azienda fornitrice potrebbe rendere disponibili sul mercato.

RISPOSTA

Con riferimento alla richiesta di documentazione e dati al fine della redazione del progetto di gara, si rappresenta che, così come previsto all'art. 1 “Oggetto e finalità della Fornitura” del Capitolato

Speciale d'Appalto, in sede di offerta va presentato un progetto di livello definitivo, che questo va redatto a partire dal progetto preliminare (allegato 2 del Disciplinare di gara) e che tra gli obblighi a carico del concorrente durante il sopralluogo rientrano anche quelli di rilevare lo stato di fatto e tutti gli elementi generali e particolari necessari allo sviluppo degli elaborati progettuali.

I documenti con i dati e le informazioni tecniche messe a disposizione dalla Stazione Appaltante per la redazione del progetto definitivo sono, pertanto, quelli di cui allegato 2 del Disciplinare di gara e resi già disponibili sul sito della Fondazione www.fondazionerimed.eu nell'apposita sezione "Bandi di Gara" relativa alla procedura.

Tutti gli elaborati e documenti richiesti alla lettera m) del paragrafo VI.2.b) del Disciplinare di gara, costituiranno il progetto definitivo e, così come indicato alla stessa lettera m), il progetto definitivo deve essere *"firmato e timbrato dal/dai progettista/i incaricati, nonché dal legale rappresentante dell'offerente (in caso di costituiti o costituendi raggruppamenti temporanei o di costituendi Consorzi/GEIE, deve essere firmato e timbrato da tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento)"*.

Così come indicato all'art. 12 del Capitolato Speciale d'Appalto "Diritto di sostituzione delle apparecchiature ed aggiornamenti", e non all'art. 12 del Disciplinare di gara come erroneamente indicato nella richiesta, *"La Ditta aggiudicataria si impegna altresì a fornire versioni aggiornate del software (e dell'hardware ove esso sia indispensabile per eseguire l'aggiornamento), che permettano di conservare le funzionalità dell'offerta originaria, senza costi aggiuntivi di fornitura ed installazione, per tutta la vita utile dell'apparecchiatura che lo utilizza in presenza di un contratto di manutenzione "full risk". Gli aggiornamenti del software (e dell'hardware ove esso sia indispensabile per eseguire l'aggiornamento) richiesti senza costi aggiuntivi in presenza di un contratto di manutenzione "full risk" sono, pertanto, tutti quelli che permettono di conservare le funzionalità dell'offerta originaria per tutta la vita utile dell'apparecchiatura e non sono quelli inerenti la sicurezza nell'utilizzo delle apparecchiature.*

Palermo, 21 gennaio 2014

F.to Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Massimo Inzerillo